

ESTIMASI KETIDAKPASTIAN KUALITATIF

Variabel : Presisi (Ripitabilitas) Pengukuran
 Instrumentasi :
 Analisis :

No	Rt	Area
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
...		
dst		

Rerata	#DIV/0!	#DIV/0!
SD	#DIV/0!	#DIV/0!
$\sqrt{n}$	=SQRT(n)	=SQRT(n)
$u = SD / \sqrt{n}$	#DIV/0!	#DIV/0!
(%RSU*)	#DIV/0!	#DIV/0!

*) nilai persen dari u , menyesuaikan dengan kebutuhan perhitungan EKTP yang dilakukan.

Simpulan

Ketidakpastian dengan variabel presisi (ripitabilitas) instrumen adalah sebesar**)