



FORMULIR KRITERIA PENERIMAAN HASIL KALIBRASI INSTRUMENTASI LC/LC-MS

NAMA INSTRUMEN :

ITEM KALIBRASI	KRITERIA PENERIMAAN	STATUS
Software	Koneksi GC – MS – <i>Software</i> .	☐ Memenuhi ☐ Tidak Memenuhi
Injektor	Koneksi auto injektor dengan <i>software</i> .	☐ Memenuhi ☐ Tidak Memenuhi
Presisi hasil injek	Presisi dan Akurasi • <i>Area</i> (RSD < 5%) • <i>Concentration</i> (RSD < 5%) • <i>Retention Time</i> (RSD < 1%) Linieritas ($R^2 = 0,995 \pm 0.005$)	 ☐ Memenuhi ☐ Tidak Memenuhi
Catatan		
Simpulan		
Paraf		

*) coret salah satu